

安全衛生委員会報告

部局名	物質理工学院(大岡山地区)
会議名	2025 年度 第 5 回物質理工学院(大岡山地区)安全管理室部会
開催日時	令和 7 年 8 月 21 日(木) 配信 (書面会議)

報 告

1. 令和 7 年度第 4 回大岡山地区安全衛生委員会報告(書面会議) (抜粋)

・職場巡視実施結果報告について

5/8 に実施された工学院の研究室の職場巡視結果に関し、指摘事項の改善報告がされた。

・実験系事故事例について(本報告 1 件)

先月の部会で紹介した、物質理工学院で発生した事故で、試料回転研磨盤への給水チューブと水道栓との接合部の劣化により水が噴出し、床に漏水した。水道栓の閉め忘れが原因で、配管接手の交換および注意表示により作業後に元栓を閉めることを徹底する。

議 題

1. 事故・災害等発生報告書等について

1) ヒヤリハット報告書

・高温の耐火煉瓦の落下による床の焼損

電気炉を開け、耐火煉瓦容器の蓋を電気炉内で取り外す操作の際、バランスが崩れ、耐火煉瓦の蓋を床に落としてしまった。トングでの掴み方が悪く不安定な状態で移動したことが原因。蓋の形状を掴み易くするとともに、ワゴンを電気炉の前に移動させてから作業を行うようにする。

2. その他

1) キャンパス内の危険箇所に関する情報について

※8/18 環境・安全部門に提出済み

2) 衛生のリスクアセスメントの実施・報告について

※8/14 合同電子掲示板で通知済み(4092A 通知) 提出期限は 10/17(金)、提出用 Box に登録する。
2025 年度から新規に対象物質として追加された物質を取扱う研究室には、環境・安全推進室から提供された記録表を配布。(8/18 配布済み)

3) 危険物等の化学物質管理について(依頼)

※8/8 合同電子掲示板で通知済み(4090A 通知)

7/31 に環境・安全部門から通知されており、危険物等の正確な保管状況を把握するため、IASO R7 登録内容を確認の上、追加・修正等を実施してください。(10 月末まで)

4) 海外で注意すべき感染症

※8/8 合同電子掲示板で通知済み(4088A 通知)

5) 大岡山地区の喫煙所に関する意見収集について

8/1、Slack を通じて各委員に、各部局(系)の会議等の機会を利用して意見等の収集を依頼。

報告を 8/29 までとしているが、9 月に入っても受け付けるので、引き続き意見収集をお願いしたい。

このことについて、上記のとおり報告いたします。

令和 7 年 8 月 21 日

物質理工学院(大岡山地区)安全衛生委員長 石曾根 隆